

الملحق رقم (١)

لشهادة الاعتماد رقم **JAS Test – 091** الممنوحة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤
لمختبر شركة الأيدي للخدمات الفنية ذ.م.م. / العقبة

مجال الاعتماد
فحوصات البيئة

المواصفات المتبعة/ طرق الفحص/ مدى القياس (يعبأ عند تطبيقه)	القيمة المقاسة / نوع الفحص/ الخاصية المقاسة
جهاز قياس مستوى الصوت / BS EN ISO 9612:2009	الصوتيات – مستوى الضوضاء في بيئة العمل (مستوى ضغط الصوت المرجح – A ومستوى ذروة ضغط الصوت المرجح – C) (قياس قصير وطويل المدى)
مجلس البناء الوطني الأردني – كودة الإنارة الداخلية (١٩٨٨) – البند ٥,٨ / DIN 5032-7:2017	الإضاءة – شدة الإضاءة في بيئة العمل (قياس قصير المدى)
تشتت الضوء / TED 01-00-015 OSHA Technical Manual (OTM) Section II Chapter 3 :2014	نوعية الهواء – الجسيمات العالقة في بيئة العمل (الجسيمات الكلية العالقة TSP والجسيمات الدقيقة PM10 و PM2.5) (قياس قصير وطويل المدى)
تشتت الضوء / AS/NZS 3580.12.1:2015	نوعية الهواء – الجسيمات العالقة في الهواء المحيط (الجسيمات الكلية العالقة TSP والجسيمات الدقيقة PM10 و PM2.5) (قياس قصير وطويل المدى)

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. المدير العام / م. حسن الخطيب
٢. نائب المدير العام / م. جواد رمضان
٣. مدير الجودة والمدير الفني / م. مراد ساكو
٤. فني فحوصات / رضوان الزعبي



THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN

Accreditation Unit



Annex (1)

To The Accreditation Certificate No. **JAS Test - 091 Dated 04-09-2023**
for the Laboratory at **I.D. Technical Services L.L.C. / Aqaba**

Scope of Accreditation

In the Field of Environmental Testing

Tested Parameter/ Type of Test/ Measured Quantity	Test Methods/ Standards/ Measurement Range (delete if not applicable)
Acoustics – Occupational Noise (A-weighted time-averaged sound pressure level & C-weighted peak sound pressure level) (short & long term measurement)	Integrating sound level meter / BS EN ISO 9612:2009
Lighting- Illuminance level in work environment (spot measurements)	DIN 5032-7:2017 / Jordan National Building Council's Internal Lighting Code: 1988, Clause 5.8
Air quality – Particulate matters (TSP, PM10 & PM2.5) in work environment (short & long term measurement)	Light scattering method / TED 01-00-015 OSHA Technical Manual (OTM) Section II Chapter 3 :2014
Air quality – Particulate matters (TSP, PM10 & PM2.5) in ambient air (short & long term measurement)	Light scattering method/ AS/NZS 3580.12.1:2015

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:

- 1- General Manager \ Eng. Hasan Alkhatib
- 2- Deputy General Manager \ Eng. Jawad Ramadan
- 3- Quality Manager and Technical Manager \ Eng. Murad Sako
- 4- Test Technician \ Mr. Rdwan Alzubi.