

الملحق رقم (١)  
المحدث بتاريخ: ٢٠٢٥/١١/٢٦

شهادة الاعتماد رقم **JAS Test-104** الممنوحة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

لمختبر القدرة للسلامة المهنية / عمان

مجال الاعتماد

في مجال قياس مستوى الضوضاء، والإجهاد الحراري، والملوثات المنبعثة من المصادر الثابتة

| المواصفات المتبعة/ طرق الفحص                                                                                                            | القيمة المقاسة /<br>نوع الفحص/<br>الخاصية المقاسة                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| • جهاز قياس شدة الصوت / BS EN ISO 9612:2009                                                                                             | قياس مستوى الضوضاء في بيئة العمل<br>(الضوضاء الداخلية والخارجية)        |
| • جهاز قياس شدة الحرارة والرطوبة / JS 2299:2021 ISO / 7243:2017                                                                         | قياس الإجهاد الحراري في بيئة العمل                                      |
| • OTM-39 طريقة تحديد الأكسجين وأول أكسيد الكربون من مصادر ثابتة باستخدام أجهزة تحليل الغاز المحمولة المزودة بأجهزة استشعار كهروكيميائية | قياس لحظي للغازات: (O <sub>2</sub> , CO)<br>المنبعثة من المصادر الثابتة |

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. المدير العام: د. خلف الخليله

٢. مدير الجودة: عكرمه عارضه



THE HASHEMITE KINGDOM OF  
JORDAN



## Accreditation Unit

Annex (1)

Updated on: 26/11/2025

To The Accreditation Certificate No. **JAS Test - 104** Dated **30/03/2022**

For The Laboratory of Al Qudra for Occupational Safety /Amman

### Scope of Accreditation

In the Field of Testing of Noise levels, Heat Stress, and Pollutants Emitted from  
Stationary Sources

| Tested Parameter/<br>Type of Test/<br>Measured Quantity                    | Test Methods/ Standards                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noise level Indoor and Outdoor                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Sound level meter / BS EN ISO 9612:2009</li></ul>                                                                                                                  |
| Heat stress in work environment                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Thermometer and psychrometer sensor / JS 2299:2021 ISO 7243:2017</li></ul>                                                                                         |
| Spot measurements of (CO, O <sub>2</sub> ) emitted from stationary sources | <ul style="list-style-type: none"><li>OTM-39 Method for Determination of Oxygen and Carbon Monoxide from Stationary Sources using Portable Gas Analyzers Equipped with Electrochemical Sensors</li></ul> |

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:

1. Dr. Khalf Samid Al-Khalayila: General Manager
2. Ekremah Ardah: Quality Manager