

الملحق رقم (١)

المحدث بتاريخ : ٢٠٢٥/٠٧/٢٠

لشهادة الاعتماد رقم **JAS Test-114** الممنوحة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠

مختبر الهواء في شركة اس. جي. اس / الأردن

مجال الاعتماد

في مجال البيئة فحوصات نوعية الهواء

المواصفات المتبعة/ طرق الفحص	القيمة المقاسة / نوع الفحص/ الخاصية المقاسة
القاعدة الفنية الأردنية رقم ١١٨٩:٢٠٠٦ - مبدأ الخلايا الكهروكيميائية	قياس لحظي للغازات (ثنائي أكسيد الكبريت وثنائي أكسيد النيتروجين) المنبعثة من المصادر الثابتة
تعليمات العمل الداخلية رقم ٢١١٤ [مراجعة رقم (0.0)؛ تاريخ: ٩٤/٠٦/١٠] - التأين الضوئي (PID / Environmental Protection Agency (National / ambient air quality standards for indoor building air quality)	قياس المواد الكربونية المتطايرة (VOCs) في بيئة العمل / قياس قصير وطويل المدى
OSHA Technical Manual, Section 2, Chapter 3. Feb. 11, 2014 - مبدأ الخلايا الكهروكيميائية	قياس غازات (H ₂ S, NO ₂ , SO ₂ and NH ₃) في بيئة العمل / قياس قصير وطويل المدى
AS/NZS 3580.12.1:2015 - طرق أخذ عينات وتحليل الهواء المحيط ومبدأ تشتت الضوء	قياس مستمر للجسيمات الدقيقة (TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5}) في الهواء المحيط

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. المدير العام: م. حسن العمري

٢. المدير الفني: السيد إياد حسن

٣. مدير الجودة: م. أحمد الخواجا



THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN



Accreditation Unit

Annex (1)

Updated on : 20-07-2025

To The Accreditation Certificate No. **JAS Test - 114** Dated **20-07-2020**

for **SGS Air Quality Laboratory / Jordan**

Scope of Accreditation

In the Field of Environmental Testing of Air Quality

Tested Parameter/ Type of Test/ Measured Quantity	Test Methods/ Standards
Spot measurements of (SO ₂ & NO ₂) from stationary source	• JS 1189:2006 - Electrochemical cells
Long and short term measurement of Volatile Organic Compounds (VOCs) at work environment	• SOP No.: 2114 [Revision No.: (0.0); Date: 10/06/94] – Photoionization detector (PID) / Environmental Protection Agency (National ambient air quality standards for indoor air quality)
Long and short term measurements of (H ₂ S, NO ₂ , SO ₂ & NH ₃) at work environment	• OSHA Technical Manual, Section 2, Chapter 3. Feb. 11, 2014 - Electrochemical cells
Continuous measurements of particulate matter (TSP, PM ₁₀ , & PM _{2.5}) for ambient air	• AS/NZS 3580.12.1:2015 - Methods for sampling & analysis of ambient air & determination of light scattering

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:

1. SGS Jordan Managing Director: Eng. Hasan Al-Omari
2. Technical Manager: Mr. Eyad Hasan
3. Quality Manager: Eng. Ahmad Khawaja