

الملحق رقم (١)

المحدث بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٩/١٠

لشهادة الاعتماد رقم **JAS Test - 095** الممنوحة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢١

لمختبر الزيوت المعدنية - الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية / الهاشمية - الزرقاء

مجال الاعتماد

الفحوصات الفيزيائية للزيوت المعدنية

المواصفات المتبعة/ طرق الفحص	القيمة المقاسة / نوع الفحص/ الخاصية المقاسة
الزيوت المعدنية	
المواصفة القياسية الأمريكية ASTM D92-2024	فحص درجة الوميض والاشتعال باستخدام جهاز (كليفلاند) ذو الوعاء المفتوح
المواصفة القياسية الأمريكية ASTM D2270-2024	فحص معامل اللزوجة من خلال معرفة اللزوجة الحركية عند درجات الحرارة (٤٠ °م) و (١٠٠ °م)
المواصفة القياسية الأمريكية ASTM D5293 - 20	فحص اللزوجة الظاهرية لزيوت المحركات بين (-٥ و -٣٥) °م باستخدام المحاكاة الدورانية تحت التبريد
المواصفة القياسية الأمريكية ASTM D4052-22	فحص الكثافة، والكثافة النسبية، ومعامل المعهد البترول الأمريكي للجاذبية (API) للسوائل باستخدام مقياس الكثافة الآلي
المواصفة القياسية الأمريكية ASTM D7042-21a	فحص اللزوجة الحركية، وكثافة السوائل باستخدام مقياس (ستابنجر) للزوجة (وحساب اللزوجة المطلقة)
المواصفة القياسية الأمريكية ASTM D7346-2021	نقطة عدم التدفق ونقطة الانسكاب للمنتجات البترولية والوقود السائل

قائمة بالأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الفنية لتقارير الاختبار الصادرة عن المختبر في مجال الاعتماد:

١. المدير الفني / م. سارة خوالدة

٢. نائب المدير الفني/ فداء عمّاش

٣. فني مختبر/ عهد الأعرج



THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN



Accreditation Unit

Annex (1)

Updated on: 10/09/2025

To the Accreditation Certificate No. **JAS Test - 095** Dated **21-04-2024**

For **Lube Oil Laboratory - Jordan Lube Oil Manufacturing Company /Hashimiyyah - Zarqa**

Scope of Accreditation

Physical Testing for Lubricating Oils

Tested Parameter/ Type of Test/ Measured Quantity	Test Methods/ Standards
Lubricating Oils	
Flash and Fire Points test by Cleveland Open Cup Tester	▪ ASTM D92-2024
Viscosity Index from Kinematic Viscosity at (40 C° and 100 C°)	▪ ASTM D2270-2024
Apparent Viscosity of Engine Oils Between (-5 and -35 C°) Using the Cold-Cranking Simulator	▪ ASTM D5293-20
Density, Relative Density, and API Gravity of Liquids by Digital Density Meter	▪ ASTM D4052-22
Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity)	▪ ASTM D7042-21a
No Flow Point and Pour Point of Petroleum Products and Liquid Fuels	▪ ASTM D7346-2021

List of employees in the laboratory who are technically responsible for issuing the test reports in the scope of accreditation:

1. Technical Manager: Engineer Sara Khawaldeh
2. Deputy of Technical Manager: Feda'a Al-Ammash
3. Lab Technician: Ahed Ala'araj